



ENMIENDA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA CONTENCION DE LA COVID 19”

De acuerdo a la Convocatoria a Expresiones de Interés para el proceso de “ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA CONTENCION DE LA COVID 19”, se ha llevado a cabo la REUNIÓN DE ACLARACIÓN mediante la plataforma ZOOM con la participación de empresas interesadas, en fecha 1 de agosto de 2022 a Hrs. 11:00 a.m., de la cual se ha determinado efectuar la siguiente enmienda, a las especificaciones técnicas:

Publicado en la página web: Donde dice

ACCESORIOS POR EQUIPO	<ul style="list-style-type: none">• 1 Transductor Endocavitario/Transvaginal (Frecuencia de trabajo 4 MHz o menor – 10 MHz o mayor).
-----------------------	--

Enmienda, realizada en la reunión de aclaración: Debe decir

ACCESORIOS POR EQUIPO	<ul style="list-style-type: none">• 1 Transductor Endocavitario/Transvaginal (Frecuencia de trabajo 4 MHz o menor – 9 MHz o mayor).
-----------------------	---



“2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

Plaza del Estudiante, Esquina Cañada Strongest S/N
Telf.: Edif. Central 2497079 - 2495086 - 2490554 - 2495053
<https://www.minsalud.gob.bo> - <https://www.facebook.com/SaludDeportesBo/>