



ENMIENDA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA CONTENCION DE LA COVID 19”

De acuerdo a la Convocatoria a Expresiones de Interés para el proceso de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA CONTENCION DE LA COVID 19”, se ha llevado a cabo la REUNIÓN DE ACLARACIÓN mediante la plataforma ZOOM con la participación de empresas interesadas, en fecha 1 de agosto de 2022 a Hrs. 10:00 a.m., de la cual se ha determinado efectuar la siguiente enmienda, a las especificaciones técnicas:

Publicado en la página web: Donde dice

REQUISITOS TÉCNICOS	IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MARCA: (ESPECIFICAR)
	36 Formatos mínimos de impresión: <u>20 cm x 25 cm (8"x11")</u> 25 cm x 30 cm (12"x10") 35 cm x 43 cm (14"x17").

Enmienda, realizada en la reunión de aclaración: Debe decir

REQUISITOS TÉCNICOS	IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MARCA: (ESPECIFICAR)
	36 Formatos mínimos de impresión: <u>20 cm x 25 cm (8"x10")</u> 25 cm x 30 cm (12"x10") 35 cm x 43 cm (14"x17").

